

Pool LAB 2.0[®]

PHOTOMETER



 Measuring water parameters

 Vízparaméterek mérése

 Pomiar parametrów wody

 Měření parametrů vody

 Măsurarea parametrilor apei



POOLLAB 2.0® WEBSITE



POOLLAB 2.0® YOUTUBE CHANNEL

General test informations Általános vizsgálati információk Ogólne informacje o teście Obecné informace o testu Informatii generale privind teste	6
Notes Megjegyzések Uwagi Poznámky Note	7
Hardness Conversion Keménység átalakítás Konwersja twardości Prevod tvrdosti Conversia durității	10
OR/UR	11
Tolerances Toleranciák Tolerancje Tolerance Toleranțe	12
Countdown Visszaszámítás Odliczanie Odpočítávání Numărătoare inversă	13
ZERO	15
Single Parameter Quick Start Guide Egyetlen paraméteres gyorsindítási útmutató Skrócona instrukcja obsługi dla pojedynczego parametru Stručná příručka k jednotlivým parametrům Ghid de pornire rapidă pentru un singur parametru	20
Multiple Parameter Quick Start Guide Több paraméteres gyorsindítási útmutató Skrócona instrukcja obsługi dla wielu parametrów Stručná příručka pro více parametrů Ghid de pornire rapidă pentru parametrii multipli	26

TEST – Instructions | Utasítások | Instrukcje | Pokyny | Instrucțiuni

Active Oxygen (MPS/O ₂)	1-ACT	38
★ Alkalinity (CaCO ₃)	2-TA	44
Aluminium (Al ³⁺)	3-ALU	50
Ammonia (NH ₃)	4-AMM	56
Bromine (Br ₂)	5-BRO	62
Calcium Hardness (CaCO ₃)	6-CH	70
Chloramine (NH ₂ Cl/NHCl ₂)	7-CLA	76
★ Chlorine (Cl ₂)	8-CL	86
Chlorine HR (Cl ₂)	9-CLHR	94
Chlorine Dioxide (ClO ₂)	10-CLO2	100
Copper (Cu ²⁺)	11-CU	108
★ Cyanuric Acid (CYA)	12-CYA	114

★ = Most used | Leggyakrabban használt | Najczęściej używane | Nejpoužívanější | Cele mai utilizate

TEST – Instructions | Utasítások | Instrukcje | Pokyny | Instrucțiuni

Hydrogen Peroxide LR (H_2O_2)	13–HYDL	120
Hydrogen Peroxide HR (H_2O_2)	14–HYDH	126
Iron LR ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$)	15–IRON	132
Nitrate (NO_3^-)	16–NTRA	136
Nitrite LR (NO_2^-)	17–NITRI	142
Ozone (O_3)	18–OZON	146
☆ pH	19–PH	152
PHMB	20–PHMB	158
Phosphate LR (PO_4^{3-})	21–PPLR	164
Phosphate HR (PO_4^{3-})	22–PPHR	170
Potassium (K^+)	23–POT	176
Sulphate (SO_4^{2-})	24–SULF	180
Total Hardness (CaCO_3)	25–TH	184
Urea ($(\text{NH}_2)_2\text{CO}$)	26–UREA	190
Zinc with Chlorine (Zn^{2+})	27–ZINC	198



= Most used | Leggyakrabban használt | Najczęściej używane | Nejpoužívanější | Cele mai utilizate

General test informations
Általános vizsgálati információk
Ogólne informacje o teście
Obecné informace o testu
Informații generale privind testele

Notes Megjegyzések Uwagi Poznámky Note	7
Hardness Conversion Kéménység átalakítás Konwersja twardości Převod tvrdosti Conversia durității	10
OR/UR	11
Tolerances Toleranciák Tolerancje Tolerance Toleranțe	12
Countdown Visszaszámlálás Odliczanie Odpočítávání Numărătoare inversă	13



Only Single



The parameter to be measured may only be measured stand-alone (so NOT in parallel with other parameters).



A mérendő paraméter csak önállóan (tehát NEM párhuzamosan más paraméterekkel) mérhető.



Mierzony parametr może być mierzony wyłącznie samodzielnie (a więc NIE równolegle z innymi parametrami).



Měřený parametr lze měřit pouze samostatně (tedy NE souběžně s jinými parametry).



Parametrul care urmează să fie măsurat poate fi măsurat numai independent (deci NU în paralel cu alți parametri).

Only Chamber 2



The parameter to be measured may only be measured in the middle measuring chamber (2).



A mérendő paraméter csak a középső mérőkamrában (2) mérhető.




Mierzony parametr może być mierzony tylko w środkowej komorze pomiarowej (2).



Měřený parametr lze měřit pouze ve střední měřící komoře (2).



Parametrul care urmează să fie măsurat poate fi măsurat numai în camera de măsurare din mijloc (2).



To prevent cross-contamination, your PoolLab 2.0® comes with 3 different coloured stirring rods. It is recommended to not use the same stirring rod (e.g. just the white one) when performing parallel measurements, but to use a different one for each chamber.



A keresztszennyeződés elkerülése érdekében a PoolLab 2.0® 3 különböző színű keverőpálcát tartalmaz. Javasoljuk, hogy a párhuzamos mérések során ne ugyanazt a keverőrudat (pl. csak a fehéret) használja, hanem minden kamrához másikat.




Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, urządzenie PoolLab 2.0® jest dostarczane z 3 różnokolorowymi mieszadłami. Zaleca się, aby nie używać tego samego mieszadła (np. tylko białego) podczas wykonywania równoległych pomiarów, ale używać innego dla każdej komory.



Aby se zabránilo křížové kontaminaci, je PoolLab 2.0® dodáván se 3 různě barevnými míchacími tyčemi. Doporučujeme nepoužívat při paralelních měřeních stejnou míchací tyčinku (např. jen bílou), ale pro každou komoru jinou.



Pentru a preveni contaminarea încrucisată, PoolLab 2.0® vine cu 3 tipuri de agitare de culori diferite. Se recomandă să nu utilizați aceeași tipă de agitare (de exemplu, doar cea albă) atunci când efectuați măsurători paralele, ci să utilizați una diferită pentru fiecare cameră.



Photometer

Rapid

Tablet Count



Always use PHOTOMETER grade tablets! Never use RAPID grade tablets!
RAPID tablets lead to incorrect measurement results!
Do not touch reagent tablets!



Mindig FOTOMETER minőségű tablettakat használjon! Soha ne használjon RAPID minőségű tablettakat!
A RAPID tableták hibás mérési eredményekhez vezetnek!
Ne nyúljon a reagens tabletákhoz!




Zawsze używaj tabletek klasy PHOTOMETER! Nigdy nie używaj tabletek klasy RAPID!
Tabletki RAPID prowadzą do nieprawidłowych wyników pomiarów!
Nie dotykać tabletek odczynników!



Vždy používejte tablety třídy PHOTOMETER! Nikdy nepoužívejte tablety třídy RAPID!
Tablety RAPID vedou k nesprávným výsledkům měření!
Nedotýkejte se reagenčních tablet!



Utilizați întotdeauna tablete de calitate PHOTOMETER! Nu utilizați niciodată tablete de calitate RAPID!
Tabletele RAPID conduc la rezultate incorecte ale măsurătorilor!
Nu atingeți comprimatele de reactiv!



	CaCO ₃ mg/l	K _{S,4,3} mmol/l	°dH (KH)	°e (CH)	°f (DC)	mval
1 mg/l CaCO ₃	1	0.01	0.056	0.07	0.1	0.02
1 mmol/l K _{S,4,3}	100	1	5.6	7.0	10.0	2

For more information, visit
<https://www.water-id.com/service/manual> or follow the QR-Code:


További információért keresd fel a
<https://www.water-id.com/service/manual> oldalt, vagy kövesd a QR-kódot:

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
<https://www.water-id.com/service/manual> lub skorzystaj z kodu QR:

Další informace najdete na adrese
<https://www.water-id.com/service/manual> nebo na QR-kódu:

Pentru mai multe informații, vizitați
<https://www.water-id.com/service/manual> sau urmați codul QR:



**OR = Overrange / UR = Underrange.**

Test result is outside the range of this method. OR results can be brought into measurement range by dilution. Use syringe to take only 5 ml (or 1 ml) sample water plus 5 ml (9 ml) distilled water. Test again and multiply results times 2 (times 10). Dilution does not work with „pH“ measurement.

OR = túlerjedt / UR = alulerjedt.

A vizsgálati eredmény kívül esik a módszer tartományán. Az OR eredmény hígítással a mérési tartományba hozható. Használjon fecskendőt, hogy csak 5 ml (vagy 1 ml) mintavizet és 5 ml (9 ml) destillált vizet vegyen. Vizsgáljon újra, és szorozza meg az eredményeket 2-vel (10-zel). A hígítás nem működik a „pH“ mérésnél.

OR = przekroczenie zakresu / UR = przekroczenie zakresu.

Wynik testu jest poza zakresem tej metody. Wyniki OR można wprowadzić do zakresu pomiarowego poprzez rozcieńczenie. Użyj strzykawki, aby pobrać tylko 5 ml (lub 1 ml) próbki wody plus 5 ml (9 ml) wody destylowanej. Przetestuj ponownie i pomnóż wyniki razy 2 (razy 10). Rozcieńczanie nie działa w przypadku pomiaru „pH”.

OR = Overrange / UR = Underrange.

Výsledek testu je mimo rozsah této metody. Výsledky OR lze do rozsahu měření dostat řeďením. Pomocí injekční stříkačky odeberte pouze 5 ml (nebo 1 ml) vzorku vody plus 5 ml (9 ml) destilované vody. Test opakujte a výsledky vynásobte 2 (krát 10). Řeďení nefunguje při měření „pH“.

OR = Overrange / UR = Underrange.

Rezultatul testului este în afara intervalului de măsurare al acestei metode. Rezultatele OR pot fi aduse în intervalul de măsurare prin diluare. Folosiți seringă pentru a lua numai 5 ml (sau 1 ml) de apă de probă plus 5 ml (9 ml) de apă distilată. Testați din nou și multiplicăți rezultatele de 2 ori (de 10 ori). Diluția nu funcționează cu măsurarea „pH-ului”.



Under laboratory conditions, the instrument-/reagent- and user-related tolerances can be up to +/- 10 % of the actual value. For the parameter „pH“ a tolerance of up to +/- pH 0,10 applies.



Laboratóriumi körülmények között a műszerrel/szerzővel és a felhasználóval kapcsolatos türéshatárok a tényleges értéktől akár +/- 10 %-ig is terjedhetnek. A „pH“ paramétere legfeljebb +/- pH 0,10 türéshatár vonatkozik.



W warunkach laboratoryjnych tolerancja przyrządu/reagenta i użytkownika może wynosić do +/- 10% wartości rzeczywistej. Dla parametru „pH“ obowiązuje tolerancja do +/- pH 0,10.



V laboratorních podmínkách mohou být tolerance přístroje/reagenta a uživatele až +/- 10 % skutečné hodnoty. Pro parametr „pH“ platí tolerance až +/- pH 0,10.



În condiții de laborator, toleranțele legate de instrument/reagent și de utilizator pot fi de până la +/- 10 % din valoarea reală. Pentru parametrul „pH“ se aplică o toleranță de până la +/- pH 0,10.



(For simultaneous measurement of several parameters:) Pressing the respective „T“ button confirms to the PoolLab 2.0® that the reagent has been dissolved and the countdown (reaction time) can begin. The actual measurement is not triggered until the „OK/TEST“ button is pressed. If a countdown expires before the „OK/TEST“ button is pressed, the parameter abbreviation above the T button is displayed in orange. This indicates that the reaction time has been exceeded. For some parameters, exceeding the reaction time can lead to incorrect measurement results. For these parameters, the clock symbol changes from green to red.



(Több paraméter egyidejű méréséhez:) A megfelelő „T“ gomb megnyomásával a PoolLab 2.0® megerősíti, hogy a reagens feloldódott, és megkezdődhet a visszaszámítás (reakcióidő). A tényleges mérés csak az „OK/TEST“ gomb megnyomásával indul el. Ha a visszaszámítás az „OK/TEST“ gomb megnyomása előtt lejár, a T gomb feletti paraméter rövidítése narancssárga színnel jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy a reakcióidő túllépésre került. Egyes paraméterek esetében a reakcióidő túllépése hibás mérési eredményekhez vezethet. Ezen paraméterek esetében az órajel zöldről pirosra változik.



(W przypadku jednoczesnego pomiaru kilku parametrów:) Naciśnięcie odpowiedniego przycisku „T“ potwierdza PoolLab 2.0®, że odczynnik został rozpuszczony i można rozpoczęć odliczanie (czas reakcji). Właściwy pomiar nie zostanie uruchomiony do momentu naciśnięcia przycisku „OK/TEST“. Jeżeli odliczanie upłynie przed naciśnięciem przycisku „OK/TEST“, skrót parametru nad przyciskiem T zostanie wyświetlony na pomarańczowo. Oznacza to, że czas reakcji został przekroczony. W przypadku niektórych parametrów przekroczenie czasu reakcji może prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru. W przypadku tych parametrów symbol zegara zmienia kolor z zielonego na czerwony.



(Pro současné měření několika parametrů:) Stisknutím příslušného tlačítka „T“ potvrďte přístroji PoolLab 2.0®, že činidlo bylo rozpuštěno a může začít odpočítávání (reakční doba). Vlastní měření se spustí až po stisknutí tlačítka „OK/TEST“. Pokud odpočítávání vyprší před stisknutím tlačítka „OK/TEST“, zkratka parametru nad tlačítkem T se zobrazí oranžově. To znamená, že byla překročena reakční doba. U některých parametrů může překročení reakční doby vést k nesprávným výsledkům měření. U těchto parametrů se symbol hodin změní ze zelené na červenou.

(Pentru măsurarea simultană a mai multor parametri:) Apăsarea butonului „T” respectiv confirmă pentru PoolLab 2.0® că reactivul a fost dizolvat și numărătoarea inversă (timpul de reacție) poate începe. Măsurarea efectivă nu este declanșată până când nu este apăsat butonul „OK/TEST”. Dacă o numărătoare inversă exprimă înainte de apăsarea butonului „OK/TEST”, abrevierea parametrului de deasupra butonului T este afișată în portocaliu. Acest lucru indică faptul că timpul de reacție a fost depășit. Pentru unii parametri, depășirea timpului de reacție poate duce la rezultate de măsurare incorecte. Pentru acești parametri, simbolul ceasului se schimbă de la verde la roșu.



ZERO



-  1) The countdown(s) can be skipped by pressing the „on/off“ key after confirming the last measurement chamber (not recommended).

- 2) The „back“ (ZERO) key can be used to cancel an accidental confirmation that the reagent has been added („T“ key).

- 3) Pressing the „OK/TEST“ key again triggers a repeat measurement.

-  1) A visszaszámlálás(ok) az utolsó mérőkamra megerősítése után a „be/ki“ gomb megnyomásával kihagyható(k) (nem ajánlott).

- 2) A „vissza“ (ZERO) billentyűvel törölhető a reagens hozzáadásának véletlen megerősítése („T“ billentyű).

- 3) Az „OK/TEST“ billentyű ismételt megnyomása a mérés megismétlését váltja ki.

-  1) Odliczanie można pominąć, naciśkając przycisk „on/off“ po potwierdzeniu ostatniej komory pomiarowej (niezalecane).

- 2) Przycisk „back“ (ZERO) może zostać użyty do anulowania przypadkowego potwierdzenia dodania odczynnika (przycisk „T“).

- 3) Ponowne naciśnięcie przycisku „OK/TEST“ spowoduje powtórzenie pomiaru.

-  1) Odpočítávaní lze přeskročit stisknutím tlačítka „on/off“ po potvrzení poslední měřící komory (nedoporučuje se).

- 2) Klávesou „zpět“ (ZERO) lze zrušit náhodné potvrzení, že bylo přidáno činidlo (klávesa „T“).

- 3) Opětovné stisknutí klávesy „OK/TEST“ vyvolá opakování měření.

-  1) Numărătoarea (numărătoarele) inversă(e) poate (pot) fi sărită(e) prin apăsarea tastei „on/off“ după confirmarea ultimei camere de măsurare (nerecomandat).

- 2) Tasta „înapoi“ (ZERO) poate fi utilizată pentru a anula o confirmare accidentală că reactivul a fost adăugat (tasta „T“).

- 3) Apăsarea din nou a tastei „OK/TEST“ declanșează o repetare a măsurării.

**Only one time per test batch**

The „ZERO” step is only necessary once after switching on. Make sure that the water to be measured does not (!) contain any tablet/reagent in the cuvette and that the light protection cover is in place. Please always perform ZERO with the pool water to be measured. You can also perform another ZERO before each new measurement (display shows „TEST”) (fill cuvettes with pool water, put on lid, press ZERO key).

**Vizsgálati tételeknél csak egy alkalommal**

A „ZERO” lépés csak egyszer szükséges a bekapcsolás után. Győződjön meg arról, hogy a mérődő víz nem tartalmaz (!) tablettát/reagensket a küvettában, és hogy a fényvédő fedél a helyén van. A ZERO-t mindenkor a mérődő medencevízzel végezze el. minden új mérés előtt (a kijelzőn „TEST” jelentik meg) egy újabb ZERO-t is végezhet (töltsé meg a küvettákat medencevízzel, tegye fel a fedelet, nyomja meg a ZERO gombot).

**Tylko jeden raz na partię testową**

Krok „ZERO” jest konieczny tylko raz po włączeniu urządzenia. Upewnij się, że mierzona woda nie zawiera (!) żadnych tabletek/odczynników w kuwecie i że osłona chroniąca przed światłem jest założona. ZERO należy zawsze wykonywać z wodą z basenu, która ma być mierzona. Można również wykonać kolejne ZERO przed każdym nowym pomiarem (na wyświetlaczu pojawi się „TEST”) (napełnij kuwety wodą basenową, załóż pokrywę, naciśnij przycisk ZERO).

**Pouze jednou na zkušební dávku**

Krok „ZERO“ je nutné provést pouze jednou po zapnutí. Ujistěte se, že měřená voda neobsahuje (!) v kyvětě žádnou tabletu/reagenci a že je nasazen ochranný kryt proti světlu. Nulování provádějte vždy s měřenou bazénovou vodou. Před každým novým měřením můžete také provést další NULOVÁNÍ (na displeji se zobrazí „TEST“) (napište kyvety bazénovou vodou, nasadte víčko, stiskněte tlačítko NULOVÁNÍ).

**O singură dată per lot de testare**


Pasul „ZERO“ este necesar o singură dată după pornire. Asigurați-vă că apa care urmează să fie măsurată nu conține (!) tablete/reactivi în cuvă și că capacul de protecție împotriva luminii este în poziție. Vă rugăm să efectuați întotdeauna ZERO cu apă din bazin care urmează să fie măsurată. De asemenea, puteți efectua un alt ZERO înainte de fiecare nouă măsurare (pe afișaj apare „TEST“) (umpleți cuvetele cu apă de bazin, puneti capacul, apăsați tastă ZERO).

1

Clean the cuvette
Tisztítja meg a küvettát
Wyczyszczyć kuvetę
Vyčistěte kyvetu
Curătați cuveta

**2**

Take water from your pool
Vegye ki a vizet a medencéből
Pobieranie wody z basenu
Vezmiete si vodu z bazénu
Luati apa din piscina



OR

3

No Reagents!
Reagensek nélkül!
Brak odczynników!
Žádná činidla!
Fără reactivi!

4

5



6



Single Parameter

Egyetlen paraméter

Pojedynczy parametr

Jeden parametr

Parametru unic



2 s: Opens parameter list
 1x short: Starts countdown/TEST (parallel measurement)
2x short: Deletes the selected parameter

2 s: Megnyitja a paraméterlistát
1x rövid: Indítja a visszaszámlálást/TEST-et (párhuzamos mérés)
2x rövid: Törli a kiválasztott paramétert

2 s: Otwiera listę parametrów
1x krótkie: Rozpoczyna odliczanie/test (pomiar równoległy)
2x krótkie: Usuwa wybrany parametr

2 s: Otevře seznam parametrů
1x krátký: Spustí odpočítávání/TEST (paralelní měření)
2x krátký: Vymaze vybraný parametr

2 s: Deschide lista de parametri
1x scurt: Începe numărătoarea inversă/TEST (măsurare paralelă)
2x scurt: Sterge parametrul selectat

Quick Guide available on poollab.org.

Gyors útmutató elérhető a poollab.org oldalon.

Skrócona wersja dostępna na poollab.org.

Stručný návod je k dispozici na webu poollab.org.

Ghid rapid disponibil pe poollab.org.






1



2



3



OR



4





5



6



7



8





9



10



11



12




13



14



15



16





Multiple Parameters

Több paraméter

Wiele parametrów

Více parametrů

Parametri multipli



2 s: Opens parameter list
 1x short: Starts countdown/TEST (parallel measurement)
2x short: Deletes the selected parameter

2 s: Megnyitja a paraméterlistát
1x rövid: Indítja a visszaszámlálást/TEST-et (párhuzamos mérés)
2x rövid: Törli a kiválasztott paramétert

2 s: Otwiera listę parametrów
1x krótkie: Rozpoczyna odliczanie/test (pomiar równoległy)
2x krótkie: Usuwa wybrany parametr

2 s: Otevře seznam parametrů
1x krátky: Spustí odpočítávání/TEST (paralelní měření)
2x krátky: Vymaze vybraný parametr

2 s: Deschide lista de parametri
1x scurt: Începe număratoreala inversă/TEST (măsurare paralelă)
2x scurt: Sterge parametrul selectat

Quick Guide available on poollab.org.

Gyors útmutató elérhető a poollab.org oldalon.

Skrócona wersja dostępna na poollab.org.

Stručný návod je k dispozici na webu poollab.org.

Ghid rapid disponibil pe poollab.org.







1



2



3



4







9



10



11



12



13



14



15



16





17



18



19



20



21



22



23



24





25



26



27



28





29



30



31



32





33



TEST

TEST – Instructions | Utasítások | Instrukcje | Pokyny | Instrucțiuni

Active Oxygen (MPS/O ₂)	1-ACT	38
☆ Alkalinity (CaCO ₃)	2-TA	44
Aluminium (Al ³⁺)	3-ALU	50
Ammonia (NH ₃)	4-AMM	56
Bromine (Br ₂)	5-BRO	62
Calcium Hardness (CaCO ₃)	6-CH	70
Chloramine (NH ₂ Cl/NHCl ₂)	7-CLA	76
☆ Chlorine (Cl ₂)	8-CL	86
Chlorine HR (Cl ₂)	9-CLHR	94
Chlorine Dioxide (ClO ₂)	10-CLO2	100
Copper (Cu ²⁺)	11-CU	108
☆ Cyanuric Acid (CYA)	12-CYA	114
Hydrogen Peroxide LR (H ₂ O ₂)	13-HYDL	120
Hydrogen Peroxide HR (H ₂ O ₂)	14-HYDH	126
Iron LR (Fe ^{2+/3+})	15-IRON	132
Nitrate (NO ₃ ⁻)	16-NTRA	136
Nitrite LR (NO ₂ ⁻)	17-NITRI	142
Ozone (O ₃)	18-OZON	146
☆ pH	19-PH	152
PHMB	20-PHMB	158
Phosphate LR (PO ₄ ³⁻)	21-PPLR	164
Phosphate HR (PO ₄ ³⁻)	22-PPHR	170
Potassium (K ⁺)	23-POT	176
Sulphate (SO ₄ ²⁻)	24-SULF	180
Total Hardness (CaCO ₃)	25-TH	184
Urea ((NH ₂) ₂ CO)	26-UREA	190
Zinc with Chlorine (Zn ²⁺)	27-ZINC	198

☆ = Most used | Leggyakrabban használt | Najczęściej używane | Nejpoužívanější | Cele mai utilizate



1-ACT

Active Oxygen (MPS)

Aktív oxigén (MPS)

Aktywny tlen (MPS)

Aktivní kyslík (MPS)

Oxygen activ (MPS)

0.00 – 20.00 mg/l (ppm) O₂

e⁸DPD N°4 Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**, perform the **ZERO steps** as per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg, végezze el a **ZERO lépéseket** a **18. oldalon** leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**, wykonaj **kroki ZERO** zgodnie ze **stroną 18.**



Pokud se na displeji zobrazí **ZERO**, provedte **korak ZERO** podle **strany 18.**




Dacă Afişajul arată **ZERO**, efectuați **pașii ZERO** conform paginii 18.

1



2

Same source as Zero

**OR****3****4****5**

6



7



8



\ominus
1 x DPD N°4
Photometer

9



Completely
Dissolved



NO Residue



10



11



If **multiple** parameters:
See page 26



12



13





2-TA

Alkalinity Lúgosság Zasadowość Alkalita Alcalinitate



Tablet Mode:
0 – 200 mg/l (ppm) CaCO₃

Alkalinity-M Photometer

Liquid Mode:
0 – 200 mg/l (ppm) CaCO₃

Alkalinity-M Liquid*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



1 x Alkalinity-M
Photometer

— OR —

6 Alkalinity-M
Liquid

9



Completely Dissolved

NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See [page 26](#)



12



13





3-ALU

Aluminium Alumínium Aluminium Hliník Aluminiu



0.00 – 0.30 mg/l (ppm) Al³⁺

- Aluminium N°1 Photometer*
- Aluminium N°2 Photometer*

*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **pašti ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.



1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



1 x Aluminium N°1
Photometer

9



Completely Dissolved
NO Residue

10

1x Aluminium N°2
Photometer

11

Completely
Dissolved

NO Residue

12



13



14



15





4-AMM

**Ammonia
Ammónia
Amoniak
Čpavek
Amoniac**



0.00 – 1.20 mg/l (ppm) NH₃

- Ammonia N°1 Powder Pillows*
- Ammonia N°2 Powder Pillows*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket a 18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



PP
1 x Ammonia N°1 Photometer

9



10

1x Ammonia N°2
Photometer

11

Completely
Dissolved

NO Residue

12



13



14



15





5-BRO

Bromine

Bróm

Brom

Brom

Brom



Tablet Mode:

0.00 – 13.00 mg/l (ppm) Br_2

DPD N°1 Photometer
Glycine*

Liquid Mode:

0.00 – 9.00 mg/l (ppm) Br_2

DPD 1A*
DPD 1B*
Glycine*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



If your sample contains chlorine as well as bromine (due to disinfectants containing bromine and chlorine), carry out procedure "A". If you are unsure whether the sample contains chlorine, also carry out procedure "A" to obtain a correct measurement result. If the sample does not contain chlorine, follow procedure "B".



Ha a minta klórt és brómot is tartalmaz (brómot és klórt tartalmazó fertőtlenítőszerek miatt), végezze el az „A” eljárást. Ha nem biztos abban, hogy a minta tartalmaz-e klórt, a helyes mérési eredmény érdekében végezze el az „A” eljárást is. Ha a minta nem tartalmaz klórt, kövesse a „B” eljárást.



Jeśli próbka zawiera zarówno chlor, jak i brom (ze względu na środki dezynfekujące zawierające brom i chlor), należy wykonać procedurę „A”. Jeśli nie masz pewności, czy próbka zawiera chlor, również wykonaj procedurę „A”, aby uzyskać prawidłowy wynik pomiaru. Jeśli próbka nie zawiera chloru, należy wykonać procedurę „B”.



Pokud váš vzorek obsahuje chlor i brom (kvůli dezinfekčním prostředkům obsahujícím brom a chlor), provedte postup „A“. Pokud si nejste jisti, zda vzorek obsahuje chlor, provedte rovněž postup „A“, abyste získali správný výsledek měření. Pokud vzorek chlor neobsahuje, provedte postup „B“.



Dacă proba conține atât clor, cât și brom (din cauza dezinfectoriilor care conțin brom și clor), efectuați procedura „A“. Dacă nu sunteți siguri dacă eșantionul conține clor, efectuați și procedura „A“ pentru a obține un rezultat corect al măsurătorii. Dacă proba nu conține clor, urmați procedura „B“.

A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor**7A****8A****9A****10A**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

**— OR —**

A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor**11A****12A****13A**

If **multiple** parameters:
See page 26




A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor**14A****15A**

B Without Chlorine | Klór nélkül | Bez chloru | Bez chlóru | Fără clor**7B****8B**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

1 x DPD N°1
Photometer

— OR —

3 DPD 1A
3 DPD 1B**9B**Completely
Dissolved

NO Residue

10B

B Without Chlorine | Klór nélkül | Bez chloru | Bez chlóru | Fără clor**11B**

If **multiple** parameters:
See page 26

**12B****13B**

OR
↑
500
+
+
+
+
250
+
+
+
0

6-CH

Calcium Hardness
Kalcium-keménység
Twardość wapniowa
Tvrďlosť vápníku
Duritatea calciului



0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃

- 滴 Calcium Hardness N°1*
- 滴 Calcium Hardness N°2*

*not part of standard equipment

If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14



15



16



17





7-CLA

Chloramines Klóraminok Chloraminy Chloraminy Cloramine

0.00 – 6.00/8.70/14.50 mg/l (ppm) $\text{fCl}_2/\text{NH}_2\text{Cl}/\text{NHCl}_2$

- DPD N°1 Photometer
- DPD N°2 Photometer*
- DPD N°3 Photometer

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**3****4****5**

6



7



8



9



10



11



12



13



14



If **multiple** parameters:
See page 26



15



16

Result of **free Chlorine**.
Continue for **Monochloramines**.



17



18



19



20



21



22



23

Result of **Monochloramines**.
Continue for **Dichloramines**.



24



25

1x DPD N°3
Photometer

26



27



28



29



30

Result of Dichloramines.





8-CL



Chlorine (fCl/cCl/tCl)

Klór (fCl/cCl/tCl)

Chlor (fCl/cCl/tCl)

Chlor (fCl/cCl/tCl)

Clor (fCl/cCl/tCl)

Tablet Mode:

0.00 – 6.00 mg/l (ppm) Cl₂

DPD N°1 Photometer
DPD N°3 Photometer

Liquid Mode:

0.00 – 4.00 mg/l (ppm) Cl₂

DPD 1A*
DPD 1B*
DPD 3C*

0.00

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18.**




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18.**



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18.**

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



⊖
1x DPD N°1
Photometer

— OR —

3 DPD 1A
3 DPD 1B

9



Completely
Dissolved

NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See [page 26](#)



12



13

Result of **free Chlorine**.
Continue for **total Chlorine**.



14



15

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



\ominus
1x DPD N°3
Photometer

— OR —

\bullet
3 x DPD 3C

16



Completely
Dissolved

NO Residue

17



18



19



20

Result of **total Chlorine**.
Continue for **combined Chlorine**.



21



22

Result of combined Chlorine.





9-CLHR

Chlorine HR (KI)
Klór (fCl/cCl/tCl)
Chlor (fCl/cCl/tCl)
Chlor (fCl/cCl/tCl)
Clor (fCl/cCl/tCl)

5 – 200 mg/l (ppm) Cl₂

Chlorine HR (KI)*

Acidifying GP*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1x Acidifying GP

9



10

1x Chlorine HR
(KI)

11

Completely
Dissolved

NO Residue



12



13



If **multiple** parameters:
See **page 26**



14



15





10-CLO₂

Chlorine Dioxide Klór-dioxid Dwutlenek chloru Oxid chloričitý Dioxid de clor



Tablet Mode:
0.00 – 11.00 mg/l (ppm) ClO₂

DPD N°1 Photometer
Glycine*

Liquid Mode:
0.00 – 7.50 mg/l (ppm) ClO₂

DPD 1A*
DPD 1B*
Glycine

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.



Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2



— OR —



3



4



5



6



If your sample contains chlorine in addition to chlorine dioxide (due to disinfectants containing chlorine dioxide and chlorine), carry out procedure "A". If you are unsure whether the sample contains chlorine, also carry out procedure "A" to obtain a correct measurement result. If the sample does not contain chlorine, follow procedure "B".



Ha a minta a klór-dioxid mellett klórt is tartalmaz (klór-dioxidot és klórt tartalmazó fertőtlenítőszerek miatt), végezze el az „A” eljárást. Ha nem biztos abban, hogy a minta tartalmaz-e klórt, a helyes mérési eredmény érdekében végezze el az „A” eljárást is. Ha a minta nem tartalmaz klórt, kövesse a „B” eljárást.



Jeśli próbka zawiera chlor oprócz dwutlenku chloru (z powodu środków dezynfekujących zawierających dwutlenek chloru i chlor), należy wykonać procedurę „A”. Jeśli nie masz pewności, czy próbka zawiera chlor, również wykonaj procedurę „A”, aby uzyskać prawidłowy wynik pomiaru. Jeśli próbka nie zawiera chloru, należy wykonać procedurę „B”.



Pokud váš vzorek obsahuje kromě oxidu chloričitého také chlor (v důsledku dezinfekčních prostředků obsahujících oxid chloričitý a chlor), provedte postup „A“. Pokud si nejste jisti, zda vzorek obsahuje chlor, provedte rovněž postup „A“, abyste získali správný výsledek měření. Pokud vzorek chlor neobsahuje, provedte postup „B“.



Dacă proba conține clor în plus față de dioxidul de clor (din cauza dezinfecțanților care conțin dioxid de clor și clor), efectuați procedura „A“. Dacă nu sunteți siguri dacă esantionul conține clor, efectuați și procedura „A“ pentru a obține un rezultat corect al măsurătorii. Dacă proba nu conține clor, urmați procedura „B“.



A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor**7A****8A**

⊖
1 x Glycine

9A**10A**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

⊖
1 x DPD N°1
Photometer

— OR —
⊕
3 DPD 1A
3 DPD 1B

A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor

11A



12A



13A



If **multiple** parameters:
See page 26



A With Chlorine | Klórral | Z chlorem | S chlorem | Cu clor**14A****15A**

B Without Chlorine | Klór nélkül | Bez chloru | Bez chlóru | Fără clor**7B****8B**

Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")

1 x DPD N°1
Photometer

— OR —

3 DPD 1A
3 DPD 1B**9B**Completely
Dissolved

NO Residue

10B

B Without Chlorine | Klór nélkül | Bez chloru | Bez chlóru | Fără clor**11B**

If **multiple** parameters:
See page 26

**12B****13B**



11-CU

Copper Kupfer Cobre Cuivre Rame

0.00 – 5.00 mg/l (ppm) Cu²⁺

- Copper N°1 Photometer*
- Copper N°2 Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1 x Copper N°1
Photometer

9



Completely Dissolved
No Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See **page 26**



12

Result of **free Copper**.
Continue for **total Copper**.



13



14

1x Copper N°2
Photometer

15



16



17



18

Result of **total Copper**.
Continue for **combined Copper**.



19



20

Result of **combined Copper**.



OR
100
+
+
+
+
50
+
+
+
0

12-CYA

Cyanuric Acid
Cianursav
Kwas cyjanurowy
Kyselina kyanurová
Acid cianuric



0 – 100 mg/l (ppm) CYA

CYA Test Photometer



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
végelje el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18.**




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18.**



Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18.**

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1 x CYA Test Photometer

9



Completely Dissolved
No Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See page 26



12



13





13-HYDL

Hydrogen Peroxide LR

Hidrogén-peroxid LR

Nadtlenek wodoru LR

Peroxid vodíku LR

Peroxid de hidrogen LR

0.00 – 2.40 mg/l (ppm) H₂O₂

Hydrogen Peroxide LR Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



$\ominus \ominus$
1x Hydrogen
Peroxide LR
Photometer

9




Completely Dissolved
 NO Residue


10



11




If **multiple** parameters:
See [page 26](#)



12



13





14-HYDH

Hydrogen Peroxide HR

Hidrogén-peroxid HR

Nadtlenek wodoru HR

Peroxid vodíku HR

Peroxid de hidrogen HR

0 – 180 mg/l (ppm) H₂O₂

Hydrogen Peroxide HR Photometer*

Acidifying PT*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **koruky ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1 x Acidifying PT

9



Completely
Dissolved

NO Residue

10



1x Hydrogen Peroxide HR Photometer



11



Completely Dissolved




NO Residue


12



13




If **multiple** parameters:
See **page 26**



14



15





15-IRON



Iron LR

Vas LR

Iron LR

Iron LR

Fier LR

0.00 – 1.00 mg/l (ppm) Fe²⁺/Fe³⁺

Iron LR Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**, perform the **ZERO steps** as per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg, végezze el a **ZERO lépéseket** a **18. oldalon** leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**, wykonaj **kroki ZERO** zgodnie ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí **ZERO**, provedte **korak ZERO** podle **strany 18**.



Dacă Afişajul arată **ZERO**, efectuați **pașii ZERO** conform paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1 x Iron LR
Photometer

9




Completely
Dissolved

NO Residue

10



11



12



13





16-NTRA

Nitrate Nitrátn Azotan Dusičnany Nitrat



1 – 50 mg/l (ppm) NO_3^-

PP: Nitrate N°1 Photometer*

PP: Nitrate N°2 Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18.**




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18.**



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18.**

1



2**OR****3****4****5**


6



7




8



*not part of standard equipment


9



10

1x Nitrate N°2
Photometer


11

Shake for
15 seconds.

12



13



Take 10 ml

14



15



16



17



18





17-NITRI

Nitrite
Nitrit
Azotyny
Dusitany
Nitrit



0.00 – 1.50 mg/l (ppm) NO₂⁻

Nitrite LR Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1x Nitrite LR Photometer

9



10



11




12



13





18-OZON

Ozone
Ózon
Ozon
Ozon
Ozon



Tablet Mode: 0.00 – 4.00 mg/l (ppm) O₃

DPD N°1 Photometer
DPD N°3 Photometer
Glycine*

Liquid Mode: 0.00 – 2.70 mg/l (ppm) O₃

DPD 1A*
DPD 1B*
DPD 3C*
Glycine*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **pašti ZERO** conform
podle **strany 18**.



Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



If the water sample contains chlorine as well as ozone, an incorrect measurement result (ozone incl. chlorine) is displayed.



Ha a vízminta ózon mellett klórt is tartalmaz, hibás mérési eredmény (ózon klórral együtt) jelenik meg a kijelzőn.



Jeśli próbka wody zawiera zarówno chlor, jak i ozon, wyświetlany jest nieprawidłowy wynik pomiaru (ozon z chlorem).



Pokud vzorek vody obsahuje kromě ozonu i chlor, zobrazí se nesprávný výsledek měření (ozon včetně chloru).



Dacă proba de apă conține atât clor, cât și ozon, se afișează un rezultat de măsurare incorrect (ozon incl. clor).

7**8**


Tablet-/Liquidmode? (Booklet "Device")



1 x DPD N°1
Photometer
1 x DPD N°3
Photometer



3 DPD 1A
3 DPD 1B
3 DPD 3C

— OR —**9**Completely
Dissolved

NO Residue

10

11



If **multiple** parameters:
See page 26



12



13



19-PH



pH

Tablet Mode:

6.50 – 8.40 pH

Phenol Red Photometer

Liquid Mode:

6.50 – 8.40 pH

Phenol Red Liquid*

6.50

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a 18.
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze stroną 18.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle strany 18.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii 18.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



\ominus
1x Phenol Red
Photometer

— OR —

6 Phenol Red
Liquid

9



Completely Dissolved

NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See page 26



12



13



The alkalinity value must be at least 50 mg/l in order to be able to carry out a correct pH measurement.



A lúgossági értéknek legalább 50 mg/l-nek kell lennie a helyes pH-mérés elvégzéséhez.



Wartość zasadowości musi wynosić co najmniej 50 mg/l, aby możliwe było przeprowadzenie prawidłowego pomiaru pH.



Aby było możliwe prowadzenie sprawnego měření pH, musí být hodnota alkalinity alespoň 50 mg/l.



Valoarea alcalinității trebuie să fie de cel puțin 50 mg/l pentru a putea efectua o măsurare corectă a pH-ului.



20-PHMB

PHMB

5 – 60 mg/l (ppm) PHMB

• PHMB Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



1 x PHMB
Photometer

9



Completely Dissolved
NO Residue

10



11



If **multiple** parameters:
See [page 26](#)



12



13





Be sure to clean all objects that have come into contact with the reagent thoroughly with a brush, water and then distilled water, as otherwise the measuring equipment may turn blue over time. This method is calibrated for alkalinity values (M) = 200 mg/l and calcium hardness values = 200 mg/l. Deviating values can lead to measurement deviations.



Ügyeljen arra, hogy a reagenssel érintkező tárgyakat alaposan tisztítsa meg kefével, vízzel, majd desztillált vízzel, mert ellenkező esetben a mérőeszközök idővel elkékülhetnek. Ez a módszer lúgossági értékekre (M) = 200 mg/l és kalciumkéménység értékekre = 200 mg/l van kalibrálva. Ettől eltérő értékek mérési eltérésekhez vezethetnek.



Należy pamiętać o dokładnym wyczyszczeniu wszystkich przedmiotów, które miały kontakt z odczynnikiem za pomocą szczotki, wody, a następnie wody destylowanej, ponieważ w przeciwnym razie sprzęt pomiarowy może z czasem zmienić kolor na niebieski. Ta metoda jest skalibrowana dla wartości zasadowości (M) = 200 mg/l i twardości wapniowej = 200 mg/l. Odmienne wartości mogą prowadzić do odchyлеń pomiarowych.



Nezapomeňte důkladně očistit všechny předměty, které přišly do styku s činidlem, kartáčkem, vodou a poté destilovanou vodou, protože jinak může měřící zařízení časem zmodrat. Tato metoda je kalibrována pro hodnoty alkalinity (M) = 200 mg/l a tvrdosti vápníku = 200 mg/l. Odchylné hodnoty mohou vést k odchylkám měření.



Aveți grijă să curățați bine toate obiectele care au intrat în contact cu reactivul cu o perie, apă și apoi apă distilată, deoarece în caz contrar echipamentul de măsurare poate deveni albastru în timp. Această metodă este calibrată pentru valori ale alcalinității (M) = 200 mg/l și valori ale durătății calciului = 200 mg/l. Valorile diferite pot duce la abateri de măsurare.

OR
↑
4.00

2.00

0.00

21-PPLR

Phosphate LR Foszfát LR Fosforan LR Fosfát LR Fosfat LR



0.00 – 4.00 mg/l (ppm) PO₄³⁻

PP Phosphate LR N°1 Photometer*

SP Phosphate LR N°2 Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



PP

1 x Phosphate LR N°1
Photometer

9



Completely
Dissolved



NO Residue

10

1 x Phosphate LR N°2
Photometer

11

Completely
Dissolved

NO Residue

12



13




14



15





22-PPHR

Phosphate HR

Foszfát HR

Fosforan HR

Fosfát HR

Fosfat HR

0 – 80 mg/l (ppm) PO₄³⁻

Phosphate HR N°1 Photometer*

Phosphate HR N°2 Photometer*



*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**, perform the **ZERO steps** as per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg, végezze el a **ZERO lépéseket** a **18. oldalon** leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**, wykonaj **kroki ZERO** zgodnie ze **stroną 18**.





Pokud se na displeji zobrazí **ZERO**, provedte **korak ZERO** podle **strany 18**.



Dacă Afişajul arată **ZERO**, efectuați **pașii ZERO** conform paginii **18**.


1



2**3****4****5**

*not part of standard equipment

6



Remove 5 ml

7



8



9



10



11



12



13



14



PP

1x Phosphate HR N°1
Photometer

15



Completely Dissolved

NO Residue

16

E \ominus 1x Phosphate HR N°2
Photometer

17




Completely Dissolved

NO Residue

18



19



20



21



OR
↑
12.0
+
+
+
+
6.0
+
+
+
0.7

23-POT

Potassium
Kálium
Potas
Draslík
Potasiu

0.7 – 12.0 mg/l (ppm) K⁺

• Potassium Photometer*



*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per page 18.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a 18.
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii 18.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



9



10



11



If **multiple** parameters:
See page 26



12



OR
100
+
+
+
+
50
+
+
+
5

24-SULF

Sulphate Szulfát Siarczan Síran Sulfat



5 – 100 mg/l (ppm) SO₄²⁻

• Sulphate Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



9



10



11



If **multiple** parameters:
See **page 26**



12



OR
↑
500
250
0

25-TH

Total Hardness
Teljes keménység
Twardość całkowita
Celková tvrdost
Duritate totală

0 – 500 mg/l (ppm) CaCO₃

💧 Total Hardness N°1*

💧 Total Hardness N°2*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



10 Total Hardness N°1

9



4 Total Hardness N°2

10



11



12




If **multiple** parameters:
See page 26



13



14





26-UREA

**Urea
Karbamid
Mocznik
Močovina
Uree**

0.10 – 2.50 mg/l (ppm) (NH_2)₂CO

- ◆ Dechlor*
- ◆ PL Urea N°1*
- ◆ PL Urea N°2*
- ◆ Ammonia N°1 Photometer*
- ◆ Ammonia N°2 Photometer*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.



Dacă Afisajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



If the sample contains chlorine, a Dechlor tablet must be added first.



Ha a minta klórt tartalmaz, először Dechlor tablettát kell hozzáadni.



Jeśli próbka zawiera chlor, najpierw należy dodać tabletkę Dechlor.



Pokud vzorek obsahuje chlor, je třeba nejprve přidat tabletu Dechloru.



Dacă proba conține clor, trebuie adăugată mai întâi o pastilă Dechlor.

7



8



9



10



11



12



13



14



15

1x Ammonia N°1
Photometer

16

Completely
Dissolved

NO Residue

17

1x Ammonia N°2
Photometer

18

Completely
Dissolved

NO Residue

19



20



21



22





27-ZINC



Zinc (with chlorine) Cink (klórral) Cynk (z chlorem) Zinek (s chlorem) Zinc (cu clor)

0.00 – 1.00 mg/l (ppm) Zn²⁺

- Dechlor*
- Copper/Zinc LR Photometer*
- EDTA*

*not part of standard equipment



If the Display shows **ZERO**,
perform the **ZERO steps** as
per **page 18**.



Ha a kijelzőn **ZERO** jelenik meg,
véghezze el a **ZERO lépéseket** a **18.**
oldalon leírtak szerint.



Jeśli wyświetlacz pokazuje **ZERO**,
wykonaj **kroki ZERO** zgodnie
ze **stroną 18**.




Pokud se na displeji zobrazí
ZERO, provedte **korak ZERO**
podle **strany 18**.




Dacă Afişajul arată **ZERO**,
efectuați **pașii ZERO** conform
paginii **18**.

1



2**OR****3****4****5**

6



7



8



\ominus
1x Dechlor

9



Completely Dissolved

NO Residue

10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



CONTACT:
INFO@WATER-ID.COM



